



Novo Agua SA de CV

27 de enero 6212 Col. 16 de septiembre. Monterrey N.L.. C.P. 64160 Tel.: 8129-5307; Tel. y fax: 8311-8352

HI3829F

Kit químico para pruebas de cloro libre

El HI3829F es un kit químico que utiliza el método DPD para medir el cloro libre. El HI3829F se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 50 pruebas.



Intervalo	0.0 a 2.0 mg/L (ppm)
Resolución	0.5 mg/L (ppm)
Método	DPD
Número de pruebas	50
Tipo CTK	Colorimétrico
Información para ordenar	El kit de prueba HI3829F viene con cubo de comparación de color, 20 mL del reactivo 1 y 15 mL del reactivo 2.